

光学显微镜主要技术要求

一、用途

可观察普通染色的切片，用于临床及教学工作。

主要技术指标

二、参数

- 1、光学系统：无限远光学系统，齐焦距离标准；
- 2、载物台：钢丝传动，双标本夹；
- 3、调焦机构：载物台垂直运动；
- 4、聚光镜：内装式孔径光阑。
- 5、照明系统：内置透射光照明；
- 6、电源要求：220v 50HZ；
- 7、具有双目观察筒、目镜、物镜转盘；
8. 在双目观察筒、目镜、物镜等关键光学部位都做了防霉处理

全自动化学发光免疫分析仪主要技术要求

一、分析方法：化学发光法；

二、主要参数：

1、检测模块光谱测定范围：大于 300 nm；

2、检测通量：大约 100 个测试/小时；

3、专用反应杯，导热及透光一致性高；

4、样品容量：一次性大于 50 分样品；

5、样本类型：血清、血浆、全血、尿液；

6、数据接口：支持 LIS 接口；

7、配置所需的主机、显示器及分析软件；

8、可满足项目：满足国家十三五传染病科技重大专项项目肝癌三联检。